Processo Administrativo nº 5800.101591/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019

Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos.

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do edital do Pregão Eletrônico nº 40/2019 conforme e-mail encaminhado, tempestivamente, no dia 11/04/2019 pela empresa Maxima – Com.Repres. e Assist. Tec. Ltda., CNPJ: 05.098.822/0001-70, quanto as informações acerca dos recursos que irão custear essa contratação.

Em resposta ao pedido de esclarecimentos quanto as especificações do item 29, esta pregoeira entrou em contato com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde responsável pela elaboração do Termo de Referência sobre o suscitado, que respondeu o que segue:

"De fato, a descrição não corresponde a todas as especificações necessárias para aquisição do referido item.

Seguem as especificações genéricas para cumprimento dos ditames licitatórios:

Oxímetro de Pulso para dedo
Especificações:

- SpO2 Digital: Faixa: 0% a 100%, Resolução: + -1%, Precisão: + 2% (70-100%).
- Taxa de pulso Digital: Faixa: 30-240 BPM, Resolução: +-1bpm, Precisão: +-2bpm.
- Medição de Desempenho em baixa perfusão: Oxi-hemoglobina e o valor do pulso pode ser mostrado com precisão quando a taxa de enchimento de pulso é de 0,5%.
- Alarme
- Indicador de bateria fraca
- Tipo de Bateria: 2 pilhas alcalinas AAA
- Tempo de funcionamento: 30 horas para a operação normal
- Capacidade de resistência contra a interferência da luz ambiente
- Desvio é menor do que + -1% entre o valor de Oxihemoglobina medido em condição de iluminação natural e condições de iluminação em um quarto escuro.
- Temperatura de Operação: 5 ° C-40 ° C
- Temperatura de armazenamento: -40 ° C - 60 ° C
- Umidade de operação: 15% RH-80% RH
- Umidade de armazenamento: 10% RH-95% RH
- Dimensões aprox.: 57 x 31 x 34 mm
- Peso aprox.: 50g
- Tipo de tela: Display LED vermelho brilhante.
- Parâmetro: SpO2, PR, em 6 etapas, gráfico de barras"

Portanto, prestados os esclarecimentos necessários, o item será cancelado durante a sessão, para que haja retificação posterior quanto as especificações e será marcada uma nova data

para a sessão deste item após os ajustes necessários. Salientamos que, quanto aos demais itens do PE nº 40/2019 fica mantida a data e hora prevista no edital para apresentação de propostas e abertura da sessão pública.

Em 12 de abril de 2019

Elizame Guedes Evangelista
Pregoeira

Obs.: Original assinado e juntado aos autos.