
PREGÃO ELET. 38/2017 - CAIXA TERMICA - ESCLARECIMENTO

De : Arnaldo Monteiro <monteiro33@comferral.com.br> Ter, 23 de mai de 2017 10:48

Assunto : PREGÃO ELET. 38/2017 - CAIXA TERMICA -
ESCLARECIMENTO

Para : gerencia licitacoes
<gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Bom dia,
como representante da empresa COMFERRAL, inscrita no CNPJ: 07.431.747/0001-43,
venho solicitar esclarecimento, informação e ou editar o certame, conforme segue abaixo:

01 - Quanto ao termometro, a faixa temperatura solicitada no edital em todos os itens: apenas a mínima e máxima, onde para o transporte de VACINA e ORGÃOS, o correto, é que o termômetro apresente as faixas (mínima, média e máxima) e se possivel com registro das informações;

02 - **Capacidade e demicionamento: CAIXA com cap. (x) Litros**, para o atendimento do formato ideal dos equipamentos, se faz necessário as **Dimensões aproximada em cm: (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)**;

03 - Espessura das paredes da caixa, para possibilitar o fornecimento de caixas resistentes, sem esta informação, implica em fornecer produtos de características frageis, prejudicando no processo de transporte, pois quebram com facilidade;

04 - No item (03), a capacidade da caixa é de 175,0 litros, para caixas deste tamanho, o ideal que este equipamento seja dotado de rodízios, isso para facilitar o transporte e manuzeio, aplica-se tambem ao item (04);

Grato

--

Atenciosamente;

José Arnaldo Monteiro
82-99930-9474 - 3328-4441
