

Processo Administrativo nº 5800.121934/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020

Objeto: Aquisição de campímetros.

Assunto: Pedido de esclarecimentos

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do edital do Pregão Eletrônico nº 71/2020, conforme e-mail encaminhado tempestivamente no dia 25/06/2020, pela Empresa CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 13.828.262/0001-90 através da Sr. Eron Borba, cuja resposta emitida pela Diretoria de Atenção a Saúde (DAS) Atenção especializa da SMS foi encaminhada à solicitante através de e-mail hoje dia 01/07/2020. No entanto, após análise do questionamento, não houve necessidade de alteração no edital, sendo mantido o dia, horário e local da sessão de abertura de propostas/disputa de lances. Conforme abaixo:

1. Vai ser aceito equipamento do mesmo fabricante similar ao solicitado?

Resposta: O equipamento atual da fabricante com as características mínimas do modelo anterior é o Humphrey Field Analyzer 3. Embora algumas empresas no Brasil tenham equipamentos mais antigos ainda em estoque, mas o ideal seria seguir as indicações do fabricante. Ou seja, desde que atendam as especificações solicitadas os equipamentos ofertados serão aceitos.

2. É obrigatório a instalação e treinamento?

Resposta: Nesse tipo de equipamento é sempre obrigatório a instalação e o treinamento de pelo menos 1 profissional.

3. Por se tratar de um equipamento de técnico e valor alto vai ser obrigatório o envio de amostra?

Resposta: Como se trata de equipamento de conhecida eficácia e com ampla literatura disponível não há necessidade de unidade de demonstração nesse sentido. Além de ser essencial para o serviço de glaucoma.

Em 01 de julho de 2020.

Rita de Cássia Regueira Teixeira
Pregoeira