Pregão Eletrônico Nº 94/2022

Pedido de Esclarecimento

Orgão Requisitante

Secretaria M. de Saúde

Data de abertura

01/06/2022 às 09:00

Servidor Responsável

Elizame Guedes Evangelista

Status

Agendada

Objeto

Aquisição de Correlatos para serviço laboratorial e citologia ginecológica.

Assunto

Cabo e material do Termômetro

Descrição

Conforme disposto no anexo 01 do Edital, solicitar esclarecimentos quanto ao descritivo do item 16 – Termômetro.

Acreditamos que não há necessidade real da Instituição adquirir um termômetro com um cabo de extensão de 1,80 m, nem da obrigatoriedade do termômetro ser feito de aço inox pois a maioria é feito plástico ABS.

Solicitamos então, esclarecimentos dessa Instituição, sobre a finalidade do cabo ter essa extensão, tendo em vista que o cabo ficara na parte interna da caixa térmica, então sendo melhor um cabo com uma menor comprimento, e também o esclarecimento do termômetro ser confeccionado em aço inox, pois o mesmo construído em plástico ABS, atende a finalidade da licitação.

Recebido em

25/05/2022 às 15:33:05

Resposta

Prezado,

Segue abaixo a resposta da equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência, a respeito de seu pedido de esclarecimento.

"A extensão do cabo sensor em tamanho maior se faz necessária pela sua utilidade no transporte de amostras biológicas em caixas térmicas e para uso em geladeiras. Como o sensor fica posicionado na parte externa e o cabo na parte interna da geladeira/caixa térmica, e devido a necessidade de movimentação, o cabo sensor externo em inox deve medir entre 1,80 a 2m."

Responsável pela resposta

Elizame Guedes Evangelista

Respondido em:

27/05/2022 às 13:43:35

ARSER