

Pregão Eletrônico Nº 147/2022

- **Orgão Requisitante**
Secretaria M. de Saúde
- **Data de abertura**
09/08/2022 às 09:00
- **Servidor Responsável**
JOSÉ ALDO DA ROCHA
- **Status**
Agendada
- **Objeto**
Aquisição de Aparelhos Eletrocardiograma Digital, para SMS.

Esclarecimento

Solicitante

- **Nome**
PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
- **Email**
amartins@prolife.com.br
- **CPF/CNPJ**
66.783.630/0002-79
- **Telefone**
(11)50817-190_

Pedido de Esclarecimento

- **Assunto**
Esclarecimento, Pregão Eletrônico (SRP) nº 147/2022-CPL/ARSER
- **Descrição**
Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: Pregão Eletrônico (SRP) nº 147/2022-CPL/ARSER – Item 01: “Eletrocardiógrafo”

No item 01, é solicitado um eletrocardiógrafo digital e, para o equipamento, é descrito: “Tipo Impressora: Impressora Térmica,Manual E Automática”. Porém, a impressora térmica é uma característica de equipamentos de eletrocardiograma de mesa. Para confirmação, o item a ser licitado deve conter a impressora térmica, sendo, portanto, um equipamento de mesa ou serão aceitos eletrocardiógrafos digitais que realizam a impressão de exames através da impressora externa, conectada ao computador?

Para o mesmo item, é solicitado: “Características Adicionais: Saída Serial,Interface Computador”. Desta forma, considerando a garantia de maior portabilidade do equipamento, questionamos, serão aceitas tecnologias que realizem a conexão com o computador por Bluetooth e que possuam alimentação por meio de pilhas com autonomia para 500 exames ou 6 horas de monitoramento contínuo?

Aguardo retorno.

Obrigada.

- **Recebido em**
02/08/2022 às 17:19:45

Resposta

- **Resposta**

Sem Resposta
- **Responsável pela resposta**
Sem Resposta

- Respondido em:
Sem Resposta

Resposta

Resposta

Digite um resposta

Enviar