

Pregão Eletrônico Nº 147/2022

- **Orgão Requisitante**
Secretaria M. de Saúde
- **Data de abertura**
09/08/2022 às 09:00
- **Servidor Responsável**
JOSÉ ALDO DA ROCHA
- **Status**
Agendada
- **Objeto**
Aquisição de Aparelhos Eletrocardiograma Digital, para SMS.

Esclarecimento

Solicitante

- **Nome**
GE HEALTHCARE DO BRASIL
- **Email**
tassiany.albergaria@ge.com
- **CPF/CNPJ**
00.029.372/0002-21
- **Telefone**
(11)93288-1954

Pedido de Esclarecimento

- **Assunto**
ESCLARECIMENTO
- **Descrição**
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS/AL

A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022, vem através dessa solicitar os seguintes esclarecimentos:

- ITEM ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL

O edital solicita:

“COM 02 CABOS DE PACIENTE, 02 KITS DE ELETRODOS PRECORDIAIS E PERIFÉRICOS” (grifo nosso)

Nossos equipamentos possuem módulo de aquisição dos dados conectados aos Jogos de Rabichos. Dessa forma, entendemos que apenas os jogos de rabichos, os quais são os acessórios, devem ser fornecidos na quantidade solicitada. Por este motivo, questionamos: nosso entendimento está correto?

SOBRE O FATURAMENTO DO ITEM

Qual será o CNPJ de faturamento do item?

O prazo de entrega permanece o mesmo, no entanto a empresa arrematante poderá solicitar prorrogação deste prazo.

Sendo assim deixamos formalizados nossos questionamentos e solicitamos esclarecimento dos itens em questão.

- **Recebido em**
04/08/2022 às 16:53:05

Resposta

• Resposta

Conforme entendimento dos técnicos da SMS. Para o perfeito funcionamento do equipamento com a aquisição dos sinais colocamos que é necessário o conjunto de rabicho + cabo tronco formando o cabo de paciente. Colocamos como importante ter um kit completo (cabo tronco+ conjunto rabicho + eletrodo precordial+ cardioclips periféricos) de backup.

Caso o equipamento tenha como "os jogos de rabichos" como o único componente para cabo paciente de aquisição de sinais, se mantém o padrão do equipamento.

Quanto ao CNPJ é o da Secretaria Municipal de Saúde-SMS.

José Aldo da Rocha

Pregoeiro/ARSER

- **Responsável pela resposta**

JOSÉ ALDO DA ROCHA

- **Respondido em:**

05/08/2022 às 20:03:15