



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS


Sra. Pregoeira,


Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 204/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA**
- **MARCA: KANGLI CARE / VITAMEDICAL**

→O item 04 foi ganho pela marca Kangli Care/Vitamedical e se refere a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com os mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.


Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo
Enfermeira Estomaterapeuta


Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 204/2022-CPL/ARSER:

- EMPRESA: HOLLISTER DO BRASIL

- MARCA: HOLLISTER


→ Os itens 05, 08 e 09 foram ganhos pela marca HOLLISTER e se referem a equipamentos não utilizados no setor por nenhum paciente, sendo necessária amostras para teste com os mesmos e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizaél Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,


Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

Enfermeira Estomaterapeuta



Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 204/2022-CPL/ARSER:


- EMPRESA: HOLLISTER DO BRASIL

- MARCA: HOLLISTER


→ Os itens 06 e 07 possuem o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 05 anos (Hollister), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo
COREN-AL 92494-0

Enfermeira Estomaterapeuta


Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS

Sra. Pregoeira,


Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 204/2022-CPL/ARSER:


- **EMPRESA: NORD PRODUTOS EM ASÚDE LTDA**
- **MARCA: CONVATEC**

→ O item 10 foi ganho pela marca Sur-Fit Plus Convatec e possui o descritivo citado de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 17 anos (Convatec), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Isabelly Patrícia de O. Figueiredo
Enfermeira Estomaterapeuta


Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS


Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 204/2022-CPL/ARSER:

- EMPRESA: GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS**
- MARCA: CASEX**

→O item 11 foi ganho pela marca Casex e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com os mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizaél Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.


Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

Enfermeira Estomaterapeuta


Natália Holanda de Carvalho

Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos dos Adjuvantes, solicitadas mediante PE

– N° 204/2022-CPL/ARSER:


- EMPRESA: ARSERVE PHARMA

- MARCA: Convatec

→ Os itens 14 e 17 possuem o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 17 anos (Convatec), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Isabelly Patricia de O. Figueiredo
Enfermeira Estomaterapeuta

Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

ANÁLISE DOS DESCRITIVOS

Sra. Pregoeira,


Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos dos Adjuvantes, solicitadas mediante PE – N° 204/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: NUTRI HOSPITALAR**
- **MARCA: Coloplast**


→ Os itens 01,02,03,12,13,15 e 16 possuem o descritivo citado de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 12 anos (Coloplast), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

Enfermeira Estomaterapeuta


Natália Holanda de Carvalho
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses