



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho

Maceió, 12 de Dezembro de 2022

**RELATÓRIO FINAL DOS TESTES COM OS DISPOSITIVOS DO ÍTEM 04 DO EDITAL  
DE PREGÃO ELETRÔNICO – CPL/ARSR Nº 204/2022**

CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública, conforme previsto no art. 197, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, que aprova a estrutura organizacional e o detalhamento completo dos procedimentos da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, entre eles os equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas ostomizadas;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza interdisciplinar e que o pleno atendimento às suas necessidades depende da qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (Portaria 400 de 16/09/2009);

Vimos por meio deste, relatar a experiência dos pacientes desta Unidade Especializada de Saúde – PAM Salgadinho, setor de Órtese e Prótese, na utilização de bolsas de ostomias da marca VITA MEDICAL, do item 04 do pregão 204/2022. Estas, fornecidas a Secretaria Municipal de Saúde para testes após ganharem o processo de licitação do ano corrente. Solicitamos o período de teste, ainda que tenham ganho a licitação, devido o desconhecimento do material, nesse caso as bolsas de ostomias.

Foram realizados testes em 05 (cinco) pacientes devido a quantidade de amostra disponibilizadas para testes, salientamos que encontramos muita dificuldade de usuários dispostos a colaborar nos testes. Alguns por morarem distante, interior, outros por não conseguirmos contato,



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

uma vez que o número de telefone disponibilizado não atende ou não está mais funcionando. Tendo em vista a importância da análise, consultamos pacientes que já usam as bolsas a certo tempo.

Se faz necessário enfatizar que as bolsas foram testadas em 05 (cinco) pacientes cadastrados no setor e que fazem uso diariamente das bolsas opacas.

Os relatos em relação ao teste foram de que a bolsa não tem boa durabilidade, durando em média 1 a 2 dias, tendo em vista que para os pacientes o adesivo da bolsa não tem uma boa fixação, também relataram que houve passagem de odor para o ambiente durante o uso da mesma, além da insegurança em relação ao clamp de fechamento relatado por alguns paciente e que a mesma tem uma retirada da pele difícil ficando resto de adesivo aderido a pele periestomal.

Dois (02) pacientes relataram que a bolsa causou irritação na pele, houve o relato de coceira e vermelhidão na pele periestomal.

Diante de todos os fatores acima citados, no momento, fica evidente que as bolsas avaliadas e testadas não atendem as necessidades dos pacientes ostomizados do setor de órtese e prótese do PAM-Salgadinho.

**Conclusão das amostras testadas:**

É preciso lembrar que os pacientes portadores de ostomias, utilizam a bolsa de colostomia para a eliminação dos efluentes fisiológicos do corpo humano, já que devido a patologia perdem o controle natural. Esta bolsa deve ser forte o suficiente para ficar aderida junto a pele do paciente, permitindo que ele possa se deslocar de um lugar para o outro sem que haja o desprendimento desta bolsa e consequentemente de suas fezes ou urina em via pública. Por isto, a bolsa deve proporcionar segurança suficiente e não permitir vazamentos, passagem de odor ou irritação na pele dos pacientes, provocando situações, no mínimo vexatórias.

O entendimento de que a administração não tem o condão de eleger critérios específicos nos itens de referência, porque desse modo prejudica a isonomia entre os fornecedores e pode perder a oferta mais vantajosa, favorece a ineficiência do serviço público, como consequência de obtenção de produtos sem conhecimento efetivo da qualidade, sendo necessário testar os materiais ganhos na licitação, para que seja adequado as necessidades do usuário.

Cumpre-se aqui, mais uma vez frisar, que o objetivo dessa licitação, é a compra de produtos que entram em contato diretamente com a pele dos pacientes, sendo por isso específico desde a sua



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

origem, pois a finalidade desta compra é atender ao maior número de pessoas possíveis que daqui dependem, com todas as suas nuances, valendo também salientar que esta casa já se viu diante de situações onde os pacientes apresentaram dermatites, irritabilidades da pele, e descolamento prévio da bolsa, quando utilizaram produtos sem observância de suas especificações, trazendo prejuízo ao erário público com o tratamento dos pacientes afetados, e principalmente trazendo prejuízos a saúde e integridade física e moral desta população que já é tão prejudicada.

*Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
COREN-AL 87660 - ENF  
Matr. 524945-1 - PAM Salgadinho

**Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese**

*Natália Holanda de Carvalho*

Natália Holanda de Carvalho

**Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese**