


Zimbra

bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br

---

**Re: ESCLARECIMENTO - PE 239/2022 - ITEM 01**

---

**De :** Bernardina Neta <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br> seg., 07 de nov. de 2022 09:46  
**Assunto :** Re: ESCLARECIMENTO - PE 239/2022 - ITEM 01   
**Para :** licitacaoagua@idexx.com

Bom dia!  
Segue resposta do órgão solicitante quanto ao pedido de esclarecimento.  
Atenciosamente  
Bernardina Maria de Jesus Silva  
Pregoeira/ARSER  
[licitacaoagua@idexx.com](mailto:licitacaoagua@idexx.com)

---

**De:** "Diretoria de Vigilância em Saúde" <diretoriadevigilanciaemsaude@gmail.com>  
**Para:** "null" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>  
**Enviadas:** Segunda-feira, 7 de novembro de 2022 9:33:10  
**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 239/2022 - ITEM 01

Bom dia,  
Segue abaixo a resposta da gerência de Vigilância em Saúde Ambiental, onde a descrição do fornecedor **não atende** as necessidades da gerência.  
Att.,

Luiza Toledo  
**Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS)**  
Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS)  
Rua Alexandre Passos, S/N, Jaraguá - Maceió/AL  
CEP: 57022-190 (vizinho à Guarda Municipal, próximo à Estação Jaraguá do VLT)

P.S.: O e-mail oficial da DVS continua sendo o do Zimbra ([dvs@sms.maceio.al.gov.br](mailto:dvs@sms.maceio.al.gov.br)). Este foi criado em caráter emergencial.

----- Forwarded message -----

**De:** **Andrea Eufrazio** <[vsa@sms.maceio.al.gov.br](mailto:vsa@sms.maceio.al.gov.br)>  
**Date:** sex., 4 de nov. de 2022 às 15:30  
**Subject:** RES: ESCLARECIMENTO - PE 239/2022 - ITEM 01  
**To:** Diretoria de Vigilância em Saúde <[diretoriadevigilanciaemsaude@gmail.com](mailto:diretoriadevigilanciaemsaude@gmail.com)>

Boa tarde.

Informo, para os devidos fins, que não será aceito pois não atende as atividades que realizamos.  
Atentar as especificações descritas no Termo de Referência.

**ANEXO I**  
**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	QUANT.
1	<b>coletor para microbiologia.</b> Coletor para amostra microbiológica – frascos para coleta de água, estéril com pastilha de tiosulfato de sódio, recomendado para atestes com água potável clorada, com tampa (flip top) e lacre de segurança que indica a não violação da esterilidade. Linha de preenchimento em 100mL. Volume: 100 a 120mL. À prova de vazamento quando fechada.	Frasco	(CATMAT 428189)	3.330
2	<b>coletor para fisico química.</b> Coletor para amostras fisicoquímicas – bolsa plástica estéril para coleta de água – com tarja de identificação com capacidade de 540mL.	Saco	(CATMAT 456476)	3.330

Att.:

**Andrea Eufrazio**

Gerente GVSA

**De:** [Diretoria de Vigilância em Saúde](#)

**Enviado:** sexta-feira, 4 de novembro de 2022 14:32

**Para:** [Vigilância Ambiental](#)

**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 239/2022 - ITEM 01

Boa tarde,

solicito retorno quanto ao pedido de esclarecimento, abaixo, de uma empresa quanto à descrição do item 01.

At.te,

Fabrcia Nogueira

Agente de Gestão

Prezados, boa tarde!

Será aceito para o item 01 o material com o descritivo abaixo?

**Referência/Modelo:** WV120SBST-200

**Descrição:** Frasco de tampa rosca, descartável, estéril, com lacre de vedação para garantir a esterilidade, fabricado de acordo com a norma ISO 11137-02.

Composição: poliestireno transparente que garante a ausência de fluorescência sob lâmpada UV e possui reagente de tiosulfato de sódio pulverizado para neutralizar uma amostra de 100ml com até 15mg/l de cloro.

Capacidade 120ml com marcação de 100ml possui marcação do lote no frasco para garantir a rastreabilidade.


Atenciosamente,

**Tamilis Teixeira** | Customer Support, WATER (Brasil)  
IDEXX BR | Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 – 1º andar-Ed. FL Corporate | Itaim Bibi | São Paulo | CEP. 04538-133, BRASIL

m. +55 113594 0830 | 0800 728 AGUA (2482) | [licitacaoagua@idexx.com](mailto:licitacaoagua@idexx.com) | [www.IDEXX.com.br/agua](http://www.IDEXX.com.br/agua)



[www.idexxcurrents.com](http://www.idexxcurrents.com)



--

**ARSER**  
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

**Bernardina Maria de Jesus Neta**  
Pregoeira  
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

**Informações:**  
(82) 3312-5100  
[www.maceio.al.gov.br/arser](http://www.maceio.al.gov.br/arser)  
[ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br](mailto:ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br)

**Antes de imprimir, pense em sua Responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.**



**BERNARDINA.png**  
53 KB