

Zimbra

bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br

Re: Pedido de esclarecimento 6 item pregão eletrônico nº 254/2022

De : Bernardina Neta <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>
Assunto : Re: Pedido de esclarecimento 6 item pregão eletrônico nº 254/2022
Para : matheus@centrooestehospitalar.com.br

qua., 30 de nov. de 2022 13:42

 2 anexos

Senhores, boa tarde!
Segue reposta do órgão solicitante sobre o pedido de esclarecimento.
atenciosamente
Bernardina Maria de Jesus Silva
Pregoeira/ARSER

De: "null" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>
Para: "null" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 11:59:40
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento 6 item pregão eletrônico nº 254/2022

Prezado, bom dia!

Em atendimento ao pedido de **análise** do Esclarecimento em Pregão Eletrônico nº 254/2022, informamos que o item 6 se trata de oxímetro de **pulso**, conforme descritivo do edital. Desta forma, o item a ser licitado será :

Oxímetro Uso Médico

Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%
Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM
Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H
Tipo: Pulso
Alimentação: Pilha
Acessórios: C/ Sensor
Garantia: 12 meses

Atenciosamente,



Planejamento
Chefe de Planejamento
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

Informações:
(82) 3312-5146
www.maceio.al.gov.br/arser
ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br



Antes de imprimir, pense em
sua Responsabilidade com o
MEIO AMBIENTE.

De: "Bernardina Neta" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>
Para: "null" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 10:44:29
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento 6 item pregão eletrônico nº 254/2022

Senhores, boa tarde!
Segue novo pedido de esclarecimento para as devidas providencias.
Considerando que o objeto é específico da SMS, sugiro que o pedido de esclarecimento seja submetido a referida secretaria.
Obs.: Solicito, se possível, urgência na resposta, visto que a sessão está prevista para **02/12/2022** as 10h.
agradeço e aguardo retorno
Bernardina Maria de Jesus Silva
Pregoeira/Arser

De: "Matheus" <matheus@centrooestehospitalar.com.br>
Para: "null" <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Cc: "Jessika Centro Oeste Hospitalar" <jessika@centrooestehospitalar.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 10:41:44

Assunto: Pedido de esclarecimento 6 item pregão eletrônico nº 254/2022

Nos surgiu uma dúvida referente ao item 6 do edital pelo fato de ser um item exclusivo para micro e epp, num quantitativo alto de no total 424 unidades, e o descritivo técnico do equipamento aparentemente é de um oxímetro de pulso / mesa palm, em anexo colocamos o oxímetro que iremos ofertar, e nos ficou a dúvida se é realmente este equipamento ou apenas um oxímetro de dedo, gostaríamos de sanar esta duvida, para que possamos ofertar um equipamento que seja condizente com a necessidade do órgão, para que não haja nenhum tipo de transtorno, segue abaixo descritivo do mesmo:

OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO - tipo: pulso, faixa
medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso
1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:
cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor.
12 MESES GARANTIA

Gestor de Licitação / CEO
Matheus Silva
(62) 9 9334-3445

--



Bernardina Maria de Jesus Neta
Pregoeira
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

Informações:
(82) 3312-5100
www.maceio.al.gov.br/arser
ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br



Antes de imprimir, pense em
sua Responsabilidade com o
MEIO AMBIENTE.

--