

Zimbra

bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br

Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

De : Gerencia Planejamento
<gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

ter., 06 de dez. de 2022 10:39

📎 3 anexos

Assunto : Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

Para : Bernardina Neta
<bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Prezada, bom dia!

Segue encaminhamento para conhecimento, referente ao esclarecimento do PE 254.2022 apresentado por **ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**

Att,



De: "SMS" <dga.controledeatas@gmail.com>

Para: "Gerencia Planejamento" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 6 de dezembro de 2022 9:58:00

Assunto: Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

Bom dia,

Prezados, conforme solicitado segue esclarecimento do PE 254/2022 respondido pela área técnica desta Secretaria .

"Considerando o pedido de esclarecimentos apresentado por **ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, informamos que todas as especificações citadas podem suprir a demanda e atender as demandas da SMS."

Atenciosamente,

Erika Gomes
Assessora Técnica/ DGA

----- Forwarded message -----

De: **DAS - Administrativo** <das-administrativo@sms.maceio.al.gov.br>

Date: ter., 6 de dez. de 2022 às 09:40

Subject: Re: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

To: DGA SAÚDE <dga.controledeatas@gmail.com> ,

<luci.albuquerque@arser.maceio.al.gov.br> , <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Considerando o pedido de esclarecimentos apresentado por **ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, informamos que todas as especificações citadas podem suprir a demanda e atender as demandas da SMS.
Solicitamos urgência no processo licitatório.

At.te
DAS

De: "DGA SAÚDE" <dga.controledeatas@gmail.com>
Para: "DAS" <das-administrativo@sms.maceio.al.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 8:26:36
Assunto: Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

Bom dia!
Prezado,
Considerando que o objeto é específico da SMS, sugiro que o pedido de esclarecimento seja submetido à referida secretaria.
Obs.: Solicito, se possível, urgência na resposta, visto que a sessão está prevista para 02/12/2022 às 10hs.

Aguardamos com **URGÊNCIA** para que possamos responder a referida demanda a ARSER.

Atenciosamente,

Erika Gomes
Assessora Técnica

----- Forwarded message -----

De: **Gerencia Planejamento** <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>
Date: qui., 1 de dez. de 2022 às 15:36
Subject: Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022
To: dga controledeatas <dga.controledeatas@gmail.com>

Prezado, boa tarde!

Segue e-mail para análise de esclarecimento do PE 254/2022.

De: "Gerencia Planejamento" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>
Para: "SMS" <dga-diretoria@sms.maceio.al.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 13:09:36
Assunto: Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

Prezado, boa tarde!

Segue e-mail para análise de esclarecimento do PE 254/2022.



Planejamento
Chefe de Planejamento
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

Informações:
(82) 3312-5146
www.maceio.al.gov.br/arser
ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br



Antes de imprimir, pense em
sua Responsabilidade com o
MEIO AMBIENTE.

De: "Bernardina Neta" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Para: "null" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 29 de novembro de 2022 16:33:23

Assunto: Fwd: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022

Senhores, boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento para as devidas providencias.

Considerando que o objeto é específico da SMS, sugiro que o pedido de esclarecimento seja submetido a referida secretaria.

Obs.: Solicito, se possível, urgência na resposta, visto que a sessão está prevista para 02/12/2022 as 10h.

agradeço e aguardo retorno

Bernardina Maria de Jesus Silva

Pregoeira/Arser

De: "Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, Arser"

<notificacao@arser.maceio.al.gov.br>

Para: "luci albuquerque" <luci.albuquerque@arser.maceio.al.gov.br>

Cc: "null" <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 24 de novembro de 2022 11:10:49

Assunto: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 254/2022



ARSER

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Aviso de Esclarecimento em Pregão Eletrônico!

Licitação

Prezado pregoeiro Luci Valerio De Albuquerque com matricula: , confira a nova Esclarecimento aberta por ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Numero do protocolo: **6700/017148/2022**

Data de abertura: **02/12/2022** as **10:00** horas

Modalidade: **Pregão Eletrônico**

Numero: [254/2022](#)

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS P/COVID-19.

[Visualizar Interesses](#)

Pedido de Esclarecimento

Interessado: **ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

Email: vitoria.giovani@arjo.com

Assunto: **Esclarecimento - Item 15 - Maca Hospitalar**

Descrição: Prezados, Em leitura ao edital, e interessados em participar do certame, verificamos alguns pontos que precisamos que sejam esclarecidos, à saber: Item 15 - Maca Hospitalar

Questionamentos: Solicitam: Maca com grades removíveis

Questionamos: Serão aceitas macas com as grades escamoteáveis? As grades fixas garantem maior segurança ao paciente, visto que com as grades removíveis é acrescido o risco de desmembração involuntária, que certamente causará acidentes. Além disso, as grades retráteis poderão ser recolhidas em caso de necessidade, liberando o espaço pretendido sem prejuízo algum ao hospital e equipe de enfermagem.

Solicitam: Material: tubular em ferro

Questionamos: Serão aceitas macas construídas em aço? Acreditamos que estas sejam mais indicadas, pois o aço possui características superiores ao ferro: ele é mais resistente, possui maior maleabilidade, melhor durabilidade, é de mais fácil higienização e manutenção e o manuseio é feito de forma mais prática. Além destes pontos, o aço é um material menos agressivo ao meio ambiente, também mais fácil de ser reciclado.

Solicitam: 4 rodízios de 5"

Questionamos: Serão aceitas macas com rodas de aproximadamente 8" de diâmetro (20cm)? Não há nenhuma evidência clínica ou técnica de que rodas de 5" são superiores às de 8" quando se tratando de eficiência; rodízios de 8" de diâmetro são tão adaptáveis ao ambiente quanto as outras de diferentes medidas.

Solicitam: Comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,60 m

Questionamos: Serão aceitas macas com dimensões de 2,11 x 0,77 x 56,0-89,0cm (C x L x A)? Consideramos a extensão da cama acima de 1,90 um item importante para garantir a acomodação de pacientes mais altos, além de uma largura maior. Segundo estudos da universidade inglesa Imperial College London, o brasileiro está em processo de crescimento: um levantamento feito revelou que a altura média no Brasil aumentou em quatro centímetros nos últimos 35 anos.

Solicitam: Suporte soro removível

Questionamos: Serão aceitos suportes de soro fixos? Consideramos que o suporte fixo traz maiores vantagens ao hospital e à equipe de enfermagem, visto que anula o risco de perda do equipamento.

Solicitam: Cabeceira regulável por cremalheira

Questionamos: Serão aceitas macas com cabeceira regulável por mola a gás? Molas a gás oferecem maior precisão, segurança e contam com um desempenho mais uniforme, ou seja, a potência a longo prazo não é afetada. Além disso, têm uma vida útil maior, precisando de poucas manutenções quando comparadas às cremalheiras. Com o mesmo espaço de uma cremalheira, a mola a gás pode obter maior força, maior curso útil de trabalho e resistência de contato

Criado em: **24/11/2022 às 11:10**

[Responder](#)

RESPONDER EM ATÉ 24H

Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió - ARSER

Rua Eng. Roberto Gonçalves Menezes, 71, Centro, Maceió – AL CEP:57020-680 – CNPJ:
26.981.455/0001-29

(82) 3312-5100

ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br

--



ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Bernardina Maria de Jesus Neta
Pregoeira
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

Informações:
(82) 3312-5100
www.maceio.al.gov.br/arser
ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br

Antes de imprimir, pense em sua Responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.



PLANEJAMENTO.png
52 KB