



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 263/2022-CPL/ARSER

QUESTIONAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2022

A ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. CNPJ 07.791.107/0001-44, em atendimento a solicitação da pregoeira do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 263/2022-CPL/ARSER, apresenta a seguir os devidos esclarecimentos solicitados.

Transcrevendo:

Em atenção a proposta de preço oferecida pela empresa ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, portadora do CNPJ nº07.791.107/0001-44, referente ao modelo de etilômetro “BAF-300”, identificamos a NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS quanto as exigências da “ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO” previstas no item 2 do Termo de Referência, conforme abaixo destacadas:

O equipamento é capaz de realizar testes automáticos e/ou manuais (subitem 2.5);

Conforme conata da nossa proposta, o BAF-300 realiza testes nas modalidades:

ATIVO

MANUAL

PASSIVO

O equipamento apresentar no mostrador (display) com as seguintes informações em português (do Brasil): temperatura, data e hora, nº. do teste, mensagens operacionais e mensagens de erro e/ou falhas? (subitem 7);

O BAF-300 apresenta todas estas informações, com exceção a TEMPERATURA a qual só aparece no comprovante impresso.

Esta ausência se deve ao fato do etilômetro não ser submetido a calibração de temperatura e, portanto, o INMETRO não prevê a sua apresentação no mostrador.

O equipamento possui bateria recarregável com autonomia mínima de 200 (duzentos) testes? (subitem 9);

A bateria recarregável utilizada no BAF-300 realiza mais de 1.000 (mil) testes com uma única carga.

O equipamento possui software que permita o acompanhamento dos testes/exames realizados, verificação de validade do laudo do INMETRO, imprimir testes que foram realizados, gravar cabeçalho e data da próxima certificação no etilômetro e também criar relatórios/estatística baseados nos dados obtidos dos testes, que foram realizados, poder imprimir unicamente resultados com valores predeterminados pelo usuário a fim de imprimir relatórios de resultados específicos?

O software possibilita incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAN, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais? (subitem 10);

Para estas exigências precisamos analisar pontos de forma separada, ou seja, analisar o etilômetro e o software de gerenciamento que fica armazenado em um computador.

ELEC Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda.

Rua 26 de Novembro, 79 – Centro – Tremembé – SP – CEP 12.120-087 – Fone / Fax (12) 3607-2999.



ETILÔMETRO

O equipamento possui software que permita o acompanhamento dos testes/exames realizados.

SIM. Para cada teste a ser realizado, o mostrador do BAF-300 e o recibo impresso terão os dados relativos ao teste que está sendo realizado

Verificação de validade do laudo do INMETRO

SIM. Para cada teste a ser realizado, o mostrador do BAF-300 e o recibo impresso terá a data de validade da verificação INMETRO.

Imprimir testes que foram realizados

SIM. Todo teste realizado será impresso on line.

Gravar cabeçalho e data da próxima certificação no etilômetro.

NÃO. O BAF-300 não possui teclado.

A gravação da data da certificação só pode ser realizada pelo INMETRO ou pelo fabricante. Excepcionalmente o fabricante autoriza, de forma especial, o usuário alterar esta data. Este fato é exigência do INMETRO para que não haja fraude.

e também criar relatórios/estatística baseados nos dados obtidos dos testes, que foram realizados

NÃO. O BAF-300 não cria relatórios. Apenas imprime os testes realizados.

poder imprimir unicamente resultados com valores predeterminados pelo usuário a fim de imprimir relatórios de resultados específicos?

Os resultados impressos pelo BAF-300 podem ser programados para imprimir somente os testes com resultados iguais ou superior a um valor previamente programados. Esta função pode evitar imprimir testes com resultado iguais a 0 (zero) ou valor que não implicam em multas.

O software possibilita incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAN, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais? (subitem 10);

NÃO. O BAF-300 não possui teclado.

COMPUTADOR

O equipamento possui software que permita o acompanhamento dos testes/exames realizados.

NÃO SE APLICA.

Verificação de validade do laudo do INMETRO

NÃO SE APLICA.

Imprimir testes que foram realizados

SIM. Todos os testes que forem transferidos para o computador poderão ser impressos.

Gravar cabeçalho e.

SIM.

data da próxima certificação no etilômetro

SIM. A gravação da data da certificação só pode ser realizada pelo INMETRO ou pelo fabricante. Excepcionalmente o fabricante autoriza, de forma especial, o usuário alterar esta data. Para esta gravação pelo usuário a ELEC disponibiliza um software específico para esta operação. Este fato é exigência do INMETRO para que não haja fraude.

e também criar relatórios/estatística baseados nos dados obtidos dos testes, que foram realizados

Os testes realizados podem ser transferidos para o computador através do software de gerenciamento fornecido pela ELEC.

Uma vez os dados transferidos para o computador, o mesmo estará disponível em forma de banco de dados e planilha, permitindo assim que o cliente possa gerar os relatórios que desejarem, **através de software do cliente** para tratamento de dados.

poder imprimir unicamente resultados com valores predeterminados pelo usuário a fim de imprimir relatórios de resultados específicos?

O software de gerenciamento ELEC permite que se imprima testes individualizados.

ELEC Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição Ltda.

Rua 26 de Novembro, 79 – Centro – Tremembé – SP – CEP 12.120-087 – Fone / Fax (12) 3607-2999.



Para imprimir relatórios específicos, o cliente deverá utilizar software próprio, uma vez que estas necessidades variam de cliente para cliente e cada um tem a sua necessidade específica.

O software possibilita incluir dados do condutor, como nome completo, CNH, RG, Dados do Veículo, marca, modelo, ano de fabricação, número da placa, número do RENAVAN, local do teste, nomes das testemunhas com seus dados cadastrais, nome do operador do equipamento com seus dados cadastrais? (subitem 10);

Os testes realizados podem ser transferidos para o computador através do software de gerenciamento fornecido pela ELEC.

Uma vez os dados transferidos para o computador, o mesmo estará disponível em forma de banco de dados e planilha, permitindo assim que o cliente possa incluir os dados desejados que conste preenchidos manualmente no recibo impresso.

Esclarecimentos conclusivos

O BAF-300 atende a todas estas exigências. Lembramos que o software de gerenciamento fica armazenado em um computador e que os dados serão inseridos após a transferência dos testes para o computador.

O comprovante impresso apenas apresenta os dados previamente gravados no etilômetros além da data e hora que são atualizados automaticamente o tempo todo.

Os dados pessoais devem ser preenchidos manualmente no recibo impresso, em espaços previstos para estas informações.

O BAF-300 não possui teclado.

O equipamento indica se o volume e/ou pressão de ar expelido foi suficiente para a análise da amostra? (subitem 11);

O BAF-300 atende a estas exigências SIM.

O equipamento possui bateria própria recarregável e mais a respectiva bateria reserva também recarregável, de forma a permitir a substituição destas em campo? Ou seja, o próprio operador deve ter condições de efetuar a troca manualmente em poucos segundos, sem utilizar ferramentas. (subitem 12);

SIM. A bateria do BAF-300 pode ser substituída em campo sem o uso de qualquer ferramenta.

Lembramos que o edital não exige o fornecimento da bateria reserva e, portanto, a mesma não está inclusa no preço ofertado.

O equipamento possui um dispositivo registrador portátil (impressora) que imprima, no mínimo 2 (duas) vias de igual teor, as seguintes informações: a) Campos de cabeçalho identificando o Órgão fiscalizador; b) Número da portaria de aprovação do INMETRO; c) Número do exame; d) O resultado (que não pode haver interferência com acetona) e a unidade da medição em mg/l (miligrama de álcool por litro de ar expirado); e) Nome do fabricante ou marca; f) n° de série do equipamento; g) Data (dia/mês/ano), hora (hora: minuto) e temperatura (°C) do momento da medição; h) Campos destinados ao preenchimento manual da localidade, dos nomes do examinado e do examinador, identidades (RG e CNH), assinaturas do examinado e do examinador, além de 2 (duas) testemunhas; i) Data da validade da aferição do equipamento e data da última calibração? (subitem 16);

SIM.

O equipamento será entregue aferido pelo INMETRO, sendo que a validade da aferição não será inferior a 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato? (subitem 18);

SIM. Lembramos que esta exigência implica em enviar os equipamentos para o INMETRO somente após a Autorização de Fornecimento e que, o INMETRO tem Legalmente até 30 dias para realizar a verificação e emitir o Certificado de Verificação, podendo assim implicar em não cumprimento do prazo de 15 dias exigidos no edital, já que o certificado tem validade dada pelo INMETRO de 12 meses.



A empresa assegurará treinamento em local predeterminado (Município de Maceió) sobre o funcionamento e a utilização do etilômetro? (subitem 20);

Devido ao COVID-19 a ELEC passou a dar treinamento ON LINE, através de vídeo, utilizando-se a plataforma ZOOM contratada pela ELEC, além de disponibilizar, na internet, vídeos de todos os modos de utilização do BAF-300.

Deste modo o treinamento **não será presencial** em Maceió.

Lembramos que o etilômetro ELEC modelo BAF-300 é utilizado pelas polícias de todo o Brasil, atendendo plenamente as necessidades destes órgãos.

Esperamos ter atendido aos seus questionamentos.

Atenciosamente.

Tremembé, 15 de dezembro de 2022

ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Elias de Freitas Lobo Júnior

C.P.F. 860.501.178-53

R.G. 8.763.280-9

Representante Legal

