

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO: Taxa de transferência de 120 a 140 testes/hora; Metodologia mínima Cinética, dois pontos, multipadrão, bicromático, imunoturbidimétrico; Testes realizáveis simultâneos, em quantidade mínima de 30; Testes programáveis, em quantidades iguais ou maiores que 2000; Prioridade de Modo STAT, em detrimento da rotina; Posições de amostras a partir de 27; Reagentes simultâneos a partir de 30 posições; Precisão de Pipetagem para amostras, de 1 a 100µL; Precisão de Pipetagem para Reagentes, de 1 a 500µL; Volume mínimo por testes, reagentes, de 300uL; Bandeja de reação a partir de 81 cubetas reutilizáveis; Pré Diluições programáveis e Pós-diluições para Resultados Acima da Linearidade; Seringa pipetadora com sistema de Ultra cerâmica e Alta precisão; Fonte de luz halogênea 6v, 10w; Transmissão de luz por fibra óptica; Faixa de linearidade, 0~3.000A; Voltagem de 220v/50 Hz e potência 0,8kVA = 560 w. CATMAT: 445650 (Item aproximado. Observar especificação solicitada.)	UNID.	01