



AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ – ALICC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 290/2023**

**PROCESSO SMS Nº. 5800.092990/2021** – Aquisição de equipamentos e correlatos destinados ao Programa Consultório na Rua

**RELATÓRIO DE RECURSO**

Trata-se de recurso administrativo, interposto pela licitante **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.971.041/0001-03, com sede na rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala A, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, contra a decisão da Pregoeira em aceitar a proposta apresentada pela empresa YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA, CNPJ Nº 45.149.571/0001-20, arrematante do item 01, e não desclassificar as propostas das empresas MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, COSTA & SOUZA COMÉRCIO HOSP MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, GRACIFARMA FARMACIA LTDA, RAMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA e URSA COMERCIAL LTDA para o mesmo item..

**1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE**

Após a análise dos pressupostos objetivos e subjetivos foi observado o atendimento à forma, a legitimidade, a tempestividade e a fundamentação.

Em respeito ao direito de petição, garantia constitucional, prevista na alínea “a” inciso XXXIV, do art. 5º da CF/88, o item do edital, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa e os ditames da equidade e paridade dos licitantes, recebo o presente recurso.

**2. DAS RAZÕES DO RECURSO:**

A Recorrente **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** apresentou os seguintes argumentos, em breve síntese:

- a) *“...a empresa recorrida não atende ao edital pois as marcas ofertadas não atendem as especificações legais no item 37, pois ofertaram equipamentos das marcas BALMAK modelo SLIMBASIC, GTECH, INCOTEM e ACTLIFE, e estas não possuem certificação do INMETRO, sendo que certificação junto ao órgão é requisito obrigatório para BALANÇAS para pesagem HUMANA em estabelecimentos de saúde (para segurança do cidadão) pois balança para pesagem em órgão público não é de uso doméstico. O órgão público não pode adquirir balanças domésticas com fim residencial.*
- b) *... Frisamos que a aceitação da balança sem CERTIFICAÇÃO junto ao INMETRO não é compatível com a legislação, uma vez que a exigência de certificação do INMETRO NÃO É UMA FACULDADE E NÃO É UM DOCUMENTO PASSIVEL*



**AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ – ALICC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

*DE EXIGENCIA OU NÃO NO EDITAL OU NA DESCRIÇÃO DO ITEM; A certificação se faz obrigatória para equipamentos de medição e independe da vontade do órgão comprador. Não pode o órgão adquirir produto à revelia da legislação seria o mesmo de comprar por licitação CD pirata ao invés de CD original. O CD PIRATA funciona e atende as necessidades do órgão /consumidor mas é ilegal/ é crime adquirir produtos à revelia/contra a LEI...*

### **3. DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO**

Transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso, a licitante **YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA**, ora recorrida, não apresentou.

### **4. DA ANÁLISE DO RECURSO E POSICIONAMENTO DA PREGOEIRA**

Sintetizando os fatos ocorridos durante o certame do pregão eletrônico 291/2023 discorreremos que encerrada a fase de disputa de lances verificamos o que segue:

- a) Analisado o Recurso, a pregoeira afim de verificar se a questão suscitada, isto é, se a marcas dos produtos ofertados detinha ou não o selo do INMETRO, consultou o endereço eletrônico [http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq\\_classe=2](http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq_classe=2) , quando constatou que de fato nenhuma das marcas ofertada tinham o referido selo. (Consulta anexa)
- b) Não obstante tal constatação, as propostas na forma do subitem 19.12 do edital e no subitem 18.1 do termo de referência do edital foram submetidas a análise da Unidade Técnica do órgão requisitante que assim se manifestou: “[...] O item em questão (balança digital – item 01) apresentado pela empresa YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA não atende ao que foi solicitado, tendo em vista a obrigatoriedade do registro/selo do INMETRO, apesar de não constar como exigência no edital.”

### **5. CONCLUSÃO**

Considerando os fatos acima narrados esta pregoeira, respeitando os princípios licitatórios da razoabilidade, da isonomia e legalidade, conhece do recurso interposto pela empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, dando-lhe **PROVIMENTO**, reconsiderando a decisão que declarou vencedora do item a empresa YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA, retornando a fase de julgamento de propostas no sistema Comprasnet.

Maceió, 23 de dezembro de 2023.

Rita de Cássia Regueira Teixeira  
Pregoeira/CPL/ARSER  
Matricula 06549-8



**AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ – ALICC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ANEXOS**



Principal » Consulta

## Portarias de Aprovação de Modelos de Instrumentos de Medição Consulta

Uma Aprovação de Modelo é a decisão que reconhece que um modelo de instrumento de medição ou medida materializada satisfaz as exigências regulamentares. Esta base de dados é o dispositivo legal para a comercialização dos diversos instrumentos de medição do país. [...]

Balança (Instrumento de Pesagem)	▼
Aprovação	▼
Marca	<input type="text" value="ACTLIFE"/>
Designação do Modelo	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>
Ano	<input type="text"/>
Palavra-Chave	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Pesquisar"/>

### Últimas Atualizações



O que é RSS ?

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 565- de 27/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o item 1.5 Dispositivo Indicador, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 070, de ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 560- de 23/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o endereço do Requerente/Fabricante nas Portarias Inmetro/Dimel ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 556- de 21/11/2023 -- Em vigor - PAM

Autorizar, em caráter opcional, a alteração dos planos de selagens sec...





[Principal](#) >> [Consulta](#) >> Resultado da Pesquisa

### Resultado de Pesquisa

Sua pesquisa retornou **0** registros para o filtro 'Categoria: Aprovação, Tipo Instrumento Medida: Balança, Marca: ACTLIFE, Modelo: '. Exibindo página **-1** de **0**.

<u>Classe</u>	<u>Ato Legal</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Situação</u>	<u>Ação</u>
---------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------





Principal » Consulta

## Portarias de Aprovação de Modelos de Instrumentos de Medição Consulta

Uma Aprovação de Modelo é a decisão que reconhece que um modelo de instrumento de medição ou medida materializada satisfaz as exigências regulamentares. Esta base de dados é o dispositivo legal para a comercialização dos diversos instrumentos de medição do país. [...]

Balança (Instrumento de Pesagem) ▼

Aprovação ▼

Marca

Designação do Modelo

Número

Ano

Palavra-Chave

### Últimas Atualizações



O que é RSS ?

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 565- de 27/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o item 1.5 Dispositivo Indicador, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 070, de ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 560- de 23/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o endereço do Requerente/Fabricante nas Portarias Inmetro/Dimel ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 556- de 21/11/2023 -- Em vigor - PAM

Autorizar, em caráter opcional, a alteração dos planos de selagens sec...





[Principal](#) >> [Consulta](#) >> [Resultado da Pesquisa](#)

### Resultado de Pesquisa

Sua pesquisa retornou **0** registros para o filtro 'Categoria: Aprovação, Tipo Instrumento Medida: Balança, Marca: balmack, Modelo: '. Exibindo página **-1** de **0**.

<u>Classe</u>	<u>Ato Legal</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Situação</u>	<u>Ação</u>
---------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------





Principal » Consulta

## Portarias de Aprovação de Modelos de Instrumentos de Medição

### Consulta

Uma Aprovação de Modelo é a decisão que reconhece que um modelo de instrumento de medição ou medida materializada satisfaz as exigências regulamentares. Esta base de dados é o dispositivo legal para a comercialização dos diversos instrumentos de medição do país. [...]

Balança (Instrumento de Pesagem)	▼
Aprovação	▼
Marca	<input type="text" value="GTECH"/>
Designação do Modelo	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>
Ano	<input type="text"/>
Palavra-Chave	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Pesquisar"/>

### Últimas Atualizações



O que é RSS ?

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 565- de 27/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o item 1.5 Dispositivo Indicador, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 070, de ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 560- de 23/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o endereço do Requerente/Fabricante nas Portarias Inmetro/Dimel ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 556- de 21/11/2023 -- Em vigor - PAM

Autorizar, em caráter opcional, a alteração dos planos de selagens sec...





[Principal](#) >> [Consulta](#) >> Resultado da Pesquisa

### Resultado de Pesquisa

Sua pesquisa retornou **0** registros para o filtro 'Categoria: Aprovação, Tipo Instrumento Medida: Balança, Marca: GTECH, Modelo: '. Exibindo página **-1** de **0**.

<u>Classe</u>	<u>Ato Legal</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Situação</u>	<u>Ação</u>
---------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------





Principal » Consulta

## Portarias de Aprovação de Modelos de Instrumentos de Medição

### Consulta

Uma Aprovação de Modelo é a decisão que reconhece que um modelo de instrumento de medição ou medida materializada satisfaz as exigências regulamentares. Esta base de dados é o dispositivo legal para a comercialização dos diversos instrumentos de medição do país. [...]

Balança (Instrumento de Pesagem) ▼

Aprovação ▼

Marca

Designação do Modelo

Número

Ano

Palavra-Chave

### Últimas Atualizações



O que é RSS ?

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 565- de 27/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o item 1.5 Dispositivo Indicador, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 070, de ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 560- de 23/11/2023 -- Em vigor - PAM

Alterar o endereço do Requerente/Fabricante nas Portarias Inmetro/Dimel ...

#### ■ Portaria DIMEL / INMETRO número 556- de 21/11/2023 -- Em vigor - PAM

Autorizar, em caráter opcional, a alteração dos planos de selagens sec...





[Principal](#) >> [Consulta](#) >> Resultado da Pesquisa

### Resultado de Pesquisa

Sua pesquisa retornou **0** registros para o filtro 'Categoria: Aprovação, Tipo Instrumento Medida: Balança, Marca: INCOTEM, Modelo: '. Exibindo página **-1** de **0**.

<u>Classe</u>	<u>Ato Legal</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Situação</u>	<u>Ação</u>
---------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------

