

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, nº 71 – Centro - Maceió/AL - CEP: 57.020-680
Informações (82) 3315-3714/3715 Ramal 4008
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – CPL/ARSER nº 29/2018
Licitação Banco do Brasil nº 710880

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1 Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese, especificamente Bolsas de Colostomia, nos termos e especificações constantes deste edital e seus anexos.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados Sr. Pregoeiro,


Vimos por meio desta solicitar Esclarecimento técnico referente ao termo "DUPLA CAMADA" exigido nos itens 5, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e 35.

Conforme informado em "Justificativa" para cada um destes itens sobre a "Dupla Camada", não conseguimos identificar de que composição trata-se esta "dupla camada" que leva a esta segurança.

" JUSTIFICATIVA DA DUPLA CAMADA DE ADESIVO: Possui na camada superior segurança Qual componente oferece tal segurança?. Possui material adesivo forte qual a composição deste adesivo? que garante uma ótima vedação entre o adesivo e o estoma. Na camada inferior contém a proteção esta proteção é oferecida através de que material?, ela mantém a pele saudável por baixo do adesivo pela absorção do excesso de umidade."

Cordialmente,

Fernando Nascimento
FAGMED Produtos Hospitalares
Dep. Comercial



FERNANDO ALBERTO GÓES
DEPARTAMENTO COMERCIAL
FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
81. 98655-0806

09.079.298/0001-41

FAGMED Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda

Rua Dr. Machado, N° 543
Campo Grande - CEP 52.040-020

RECIFE - PE