



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho

Maceió, 12 de Março de 2024

**RELATÓRIO FINAL DOS TESTES COM OS DISPOSITIVOS DO EDITAL DE PREGÃO  
ELETRÔNICO – CPL/ALICC Nº 01 /2024**

CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública, conforme previsto no art.197, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, que aprova a estrutura organizacional e o detalhamento completo dos procedimentos da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, entre eles os equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas ostomizadas;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza interdisciplinar e que o pleno atendimento às suas necessidades depende da qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (Portaria 400 de 16/09/2009);

Vimos por meio deste, relatar a experiência dos pacientes deste Unidade Especializada de Saúde – PAM Salgadinho, setor de Órtese e Prótese, na utilização de bolsas moldáveis de ostomias da marca HOLLISTER. Estas, fornecidas a Secretaria Municipal de Saúde para testes após ganharem o processo de licitação do ano corrente, devido o desconhecimento do material, nesse caso a bolsa moldável de ostomia.

Se faz necessário enfatizar que as bolsas foram testadas em 3 (três) pacientes, devido a quantidade de amostra disponibilizadas para testes, além da dificuldade de usuários dispostos a colaborar nos testes. Alguns por morarem distante, interior, outros por não conseguirmos contato, uma vez que o número de telefone disponibilizado não atende ou não está mais funcionando. Tendo em vista a importância da análise, consultamos pacientes que já usam as bolsas a certo tempo.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

**ANALISE DOS DISPOSITIVOS DA MARCA HOLLISTER – BOLSA DE COLOSTOMIA  
MOLDÁVEL COM ADESIVO MICROPOROSO ITEM 14 DA LICITAÇÃO**

A bolsa moldável da marca Hollister se mostrou com pouca adesividade para todos os pacientes que a testaram. Dos 3 (três) pacientes que se disponibilizaram a realizar o teste, 2 (dois) pacientes relataram que a bolsa tem pouca adesividade, ficando em média menos de 1 dia, sendo necessário a troca devido ao adesivo derreter com a saída do efluente levando a bolsa a descolar da pele e causar irritação. Os 3 (três) pacientes que testaram relataram que se sentiram inseguros quanto ao clamp de fechamento.

**Diante dos fatores acima citados, fica evidente que as bolsas avaliadas e testadas não atendem as necessidades dos pacientes ostomizados do setor de órtese e prótese do PAM-Salgadinho.**

**Conclusão das amostras testadas:**

É preciso lembrar que os pacientes portadores de ostomias, utilizam a bolsa de colostomia para a eliminação dos efluentes fisiológicos do corpo humano, já que devido a patologia perdem o controle natural. Esta bolsa deve ser forte o suficiente para ficar aderida junto a pele do paciente, permitindo que ele possa se deslocar de um lugar para o outro sem que haja o desprendimento desta bolsa e conseqüentemente de suas fezes ou urina em via pública. Precisa ter um clamp de fechamento seguro impedido assim que o efluente saia para o ambiente provocando situações, no mínimo vexatórias.

O entendimento de que a administração não tem o condão de eleger critérios específicos nos itens de referência, porque desse modo prejudica a isonomia entre os fornecedores e pode perder a oferta mais vantajosa, favorece a ineficiência do serviço público, como consequência de obtenção de produtos sem conhecimento efetivo da qualidade, sendo forçoso a adquirir material desconhecido, não atendendo ao objetivo principal, qual seja, as necessidades do usuário.

Cumpra-se aqui, mais uma vez frisar, que o objetivo dessa licitação, é a compra de produtos que entram em contato diretamente com a pele dos pacientes, sendo por isso específico desde a sua



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

origem, pois a finalidade desta compra é atender ao maior número de pessoas possíveis que daqui dependem, com todas as suas nuances, valendo também salientar que esta casa já se viu diante de situações onde os pacientes apresentaram dermatites, irritabilidades da pele, e descolamento prévio da bolsa, quando utilizaram produtos sem observância de suas especificações, trazendo prejuízo ao erário público com o tratamento dos pacientes afetados, e principalmente trazendo prejuízos a saúde e integridade física e moral desta população que já é tão prejudicada.

Sendo assim, diante de todos os fatores expostos e citados neste relatório sobre as amostras, as bolsas avaliadas e testadas pelos pacientes do setor, não atendem as necessidades dos mesmos por possuírem vários pontos negativos relacionados ao uso destas, que causam desconforto e prejuízo a saúde de quem delas faz uso.

Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese  
Mat. 24945-1 - PAM Salvador

**Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese**

Natália Holanda de Carvalho  
Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese - CER III  
Mat. 645 - PAM Salvador

**Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese**