

Zimbra

cristina.barbosa@alicc.maceio.al.gov.br

Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

De : Cristina Barbosa
<cristina.barbosa@alicc.maceio.al.gov.br>

ter., 04 de fev. de 2025 12:57

 2 anexos

Assunto : Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

Para : Polux - Editais <editais@poluxcomercial.com.br>

Boa tarde!

Segue resposta ao seu pedido de esclarecimentos.

De: "Gerência Saúde Bucal" <gsaudebucal@gmail.com>

Para: "Cristina Barbosa" <cristina.barbosa@alicc.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 12:49:45

Assunto: Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

----- Forwarded message -----

De: **Gerência Saúde Bucal** <gsaudebucal@gmail.com>

Date: qui., 30 de jan. de 2025 às 10:59

Subject: Re: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

To: Nelida Aleixo <nelida.aleixo@gmail.com>

Segue conforme solicitado!

Em qui., 30 de jan. de 2025 às 07:51, Nelida Aleixo <nelida.aleixo@gmail.com> escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Edsangela Bezerra** <edsangela.bezerra@alicc.maceio.al.gov.br>

Data: qua., 29 de jan. de 2025 às 13:15

Assunto: Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

Para: nelida aleixo <nelida.aleixo@gmail.com>, saudebucal <saudebucal@gmail.com>

De: "Edsangela Bezerra" <edsangela.bezerra@alicc.maceio.al.gov.br>

Para: "nelida aleixo" <nelida.aleixo@gmail.com>, "saudebucal" <saudebucal@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 13:13:26

Assunto: Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

De: "Polux - Editais" <editais@poluxcomercial.com.br>
Para: "gerencia licitacoes" <gerencia.licitacoes@alicc.maceio.al.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 10:03:33
Assunto: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

Prezados,

Temos a intenção de participar do pregão 90012/2025, porém, durante a verificação do edital, observamos que os itens

16 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L

19 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 120 L

Não possuem uma descrição que possamos identificar o item desejado precisamente, pois existem no mercado muitas opções com características semelhantes e produtos bem diferentes um do outro, além de valores bem distintos.

A fim de evitarmos possível desclassificação técnica e objetivando ofertar o produto adequado, vimos através deste e-mail solicitar a descrição complementar do item, visto que o descritivo do termo de referência não informa as características técnicas que o equipamento deve possuir.

Há algumas características que podem interferir nas cotações de preços dependendo da marca, como por exemplo a potência HP, a voltagem do equipamento, vazão (PCM) e pressão de trabalho (PSI). A voltagem do compressor é importante para garantir que ele seja compatível com a rede elétrica do consultório odontológico, enquanto a vazão e a pressão de trabalho são características técnicas essenciais para o funcionamento do equipamento.

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Hanna Azevedo.

Polux 
Comercial

Polux Comercial Ltda

(41) 3068-3672

--

--

--



Equipe Técnica Gerência de Saúde Bucal
saudebucal@sms.maceio.al.gov.br
Rua Dias Cabral, 569, CentroCEP 57020-250
Fone: (82) 3312-5451

--



Equipe Técnica Gerência de Saúde Bucal
saudebucal@sms.maceio.al.gov.br
Rua Dias Cabral, 569, CentroCEP 57020-250
Fone: (82) 3312-5451

--



DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COMPRESSORES.pdf
693 KB



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P, ÁGUA. **OBS: ESTRUTURA DO CABEÇOTE INDEPENDENTE DA ESTRUTURA DO MOTOR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR PARA DOIS CONSULTÓRIOS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; 2 HP; PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 2 CONSULTÓRIOS; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE, 65 LITROS; FLUXO DE AR: 65L: 283 L/MIN - 10 PCM TEMPO DE ENCHIMENTO: 65L: 3'32" PRESSÃO MÁXIMA: 65L: 120 PSI - 8,3 BAR POTÊNCIA GERAL E CONSUMO DE ENERGIA 65L 127V~: 1588 VA / 1,59 KW/H 65L 220V~: 1430 VA / 1,43 KW/H CORRENTE NOMINAL: 65L 127V~: 12,5 A 65L 220V~: 6,5 A
DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P, ÁGUA **OBS: ESTRUTURA DO CABEÇOTE INDEPENDENTE DA ESTRUTURA DO MOTOR	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR PARA UM CONSULTÓRIO: ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE BUCAL

OBS: POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, OPTA-SE, NESTE PROCESSO LICITATÓRIO, POR INDICAR ALGUMAS SUGESTÕES DE MARCAS REFERÊNCIA PARA OS EQUIPAMENTOS, SEGUIDA DAS EXPRESSÕES: “SUPERIOR”, “OU EQUIVALENTE”, “OU SIMILAR” E “OU DE MELHOR QUALIDADE”. **RESSALTA-SE QUE AQUISIÇÃO DOS ITENS NÃO TEM INTENÇÃO DE PROMOVER DIRECIONAMENTO A MARCAS ESPECÍFICAS, MAS VISA OFERECER O QUE HÁ DE "PADRÃO OURO" DE QUALIDADE COM BASE EM EVIDÊNCIA E HISTÓRICO NO MERCADO APRESENTANDO EFICIÊNCIA E DURABILIDADE.**

Maceió , 30 de Janeiro de 2025

Coordenação Geral de Saúde Bucal