



GERÊNCIA DE LICITAÇÕES <gerencia.licitacoes@alicc.maceio.al.gov.br>

ALICC- Pregão Eletrônico 083/2025

2 mensagens

Isabel Cristina Xavier <isacrisxav@yahoo.com.br>

18 de maio de 2025 às 16:57

Para: "gerencia.licitacoes@alicc.maceio.al.gov.br" <gerencia.licitacoes@alicc.maceio.al.gov.br>

Senhores

Bom dia

Por gentileza, poderia informar se a descrição dos ITENS 20/21 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO está completa? Pois termina com a palavra **DEVE**

Existe mais alguma solicitação oculta?

Isabel

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3
 TERMINAIS BORDEN MATERIAL
 ESTRUTURA: AÇO, PINTURA
 ELETROSTÁTICA, TIPO
 REVESTIMENTO: PVC LAMINADO S,
 COSTURA, TIPO ENCOSTO:
 CABECEIRA BIARTICULADA,
 TIPO CONTROLE: COMANDO PEDAL
 P, CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO:
 EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3
 TERMINAIS BORDEN, TIPO
 REFLETOR: LED, TIPO UNIDADE
 AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES,
 SERINGA TRÍPLICE. *SUGADOR **DEVE**

| | COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO) | | 89% | |
|----|--|---------|-----|---|
| 20 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3 TERMINAIS BORDEN MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO: PVC LAMINADO S, COSTURA, TIPO ENCOSTO: CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE: COMANDO PEDAL P, CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR: LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE. *SUGADOR DEVE | UNIDADE | 27 | MARCARE FERÊNCIA: GNATUS, DABI, (SIMILAR OU SUPERIOR) |
| | COTA RESERVADA (PARTICIPAÇÃO ME E EPP) | | 11% | |

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES <gerencia.licitacoes@alicc.maceio.al.gov.br>

19 de maio de 2025 às
10:50

Para: Isabel Cristina Xavier <isacrisxav@yahoo.com.br>

Bom dia! Em atenção ao pedido formulado, de fato o item está incompleto, devendo-se ler " Sugador deve ser de alta potência". Por fim, entendemos por manter o certame por entender que as marcas de referência atendem ao solicitado, sem necessidade de recontagem de prazo.

Atenciosamente,

Rita de Cássia R. Teixeira

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]