



ID: 8387521

Documento assinado eletronicamente por MURILO PEREIRA DA SILVA Mat. 960167-8 em 07/05/2025 às 12:08:17 e NATHALIA CAVALCANTI LIMEIRA MARTINS Mat. 967981-2 em 07/05/2025 às 22:38:51.

RESULTADO DE COTAÇÃO

PA Nº 5800.23778.2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLPOSCOPIA NO PAM SALGADINHO E UNIDADES DE REFERÊNCIA

				PAINEL DE PREÇOS / FONTE DE PREÇOS						VALOR ESTIMADO	
ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL						VL UNIT	VL TOTAL
1	5	UNIDADE	COLPOSCOPIO TRINOCULAR LED Estrutura ergonômica; Braquete de rotação de cabeça; Desenho Ergonômico: permite ajuste de altura, foco e ângulo em relação ao paciente (ajuste variável de alta qualidade), proporcionando uma posição ergonômica, adaptação à mesa ginecológica, resultados mais precisos. Inclusão de acessórios de captura de imagem; Instalação e treinamento; Especificações Técnicas: Seleção de Aumento: Tipo tambor; Objetiva: 300mm; Campo Observado: 78mm, 50mm, 32mm, 19mm, 13mm; Distância Interpupilar: 55 a 77mm; Focalização: Manual; Estativa: Rodízio; Extensão Máxima de Braço: 1100mm; Curso Braço Vertical Articulado: 560mm; Tamanho Base: 150mm; Fonte de Luz: Iluminação por fibra ótica em LED 20 w/36 v; Campo de Iluminação: 89mm; Controle de Intensidade: Botão giratório na cabeça; Filtros: azul, verde e dimmer; Oculares: 12,5x; Brinculo: Reto; Distância Interpupilar: 77 a 75mm; Tensão de 100 a 240 v. CATMAT APROXIMADO: 404916	R\$ 30.799,00	R\$ 153.995,00	R\$ 23.010,00	R\$ 115.050,00	R\$ 35.740,00	R\$ 178.700,00	R\$ 29.849,67	R\$ 149.248,35
VALOR TOTAL ESTIMADO:										R\$ 149.248,35	

VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.

CONSIDERAÇÕES:

Trata o processo em tela de AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLPOSCOPIA NO PAM SALGADINHO E UNIDADES DE REFERÊNCIA, autuado em 11 de março de 2025.

Para obtenção do valor acima estimado, esta coordenação consultou as seguintes fontes de pesquisas com empresas do ramo específico:

I - Sistema Painel de Preços

II - Contratações Similares de outros entes públicos através do Sistema Banco de Preços em Saúde/ Fontes de Preços

Cabe salientar que obtivemos sucesso nas cotações de preços através do Sistema Painel de Preços e do Sistema Fonte de Preços em Saúde para o item.

Os Parâmetros de Pesquisas de Preços utilizados, encontra-se discriminados no anexo desta planilha. Ressaltamos que o Art. 5º §2º, incisos I e II, foram priorizados.

Informo que foram priorizados os parametros I e II, conforme art. 5º, parágrafo 1º, da Instrução Normativa nº 65/2021, para o item.

Informamos ainda que não houve necessidade de descartar por apresentar valores por inconsistentes ou por falta de homogeneidade.

O critério para avaliação dos valores, realizamos um cálculo utilizando a margem de 25% de variação, por entender que os valores registrados nos sistemas de atas públicas já passaram pela fase de disputa de preços, podendo oscilar com mais frequência, pouco provavelmente apresentam o real preço de mercado, uma vez que juntada aos autos, torna-se documento público disponível aos concorrentes.

valores aceitáveis na planilha acima apresentam homogeneidade entre si, correspondendo uma forma mais robusta de preços praticados no mercado e não infringindo o princípio da competitividade.

Vale salientar que os valores acima apresentados, qualquer desconformidade de valores é de responsabilidade das empresas.

Como se vê na planilha em questão alcançamos êxito na obtenção de, no mínimo, três cotações válidas para o item, não se fazendo necessário outras justificativas.

O Valor Total foi estimado em R\$ 149.248,35 (Cento e quarenta e nove duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Maceió, 07 de maio de 2025

MURILO ALBUQUERQUE FARIAS PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR TÉCNICO

NATHALIA CAVALCANTI LIMEIRA MARTINS
COORD. GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

PARÂMETRO DE PREÇOS - IN 65 DE 07 DE JULHO DE 2021								
PARÂMETRO I - Pannel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;								
PARÂMETRO II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;								
PARÂMETRO III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;								
PARÂMETRO IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.								
PARÂMETRO V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.								
				PARÂMETROS APLICACADOS				
ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	I	II	III	IV	V
1	5	UNIDADE	COLPOSCOPIO TRINOCULAR LED Estrutura ergonômica; Bloqueio de rotação de cabeça; Desenho Ergonômico: permite ajuste de altura, foco e ângulo em relação ao paciente (aumento variável de alta qualidade), proporcionando uma posição ergonômica, adaptação à mesa ginecológica, resultados mais precisos. Inclusão de acessórios de captura de imagem; Instalação e treinamento; Especificações Técnicas: Seleção de Aumento: Tipo tambor; Objetiva: 300mm; Campo Observado: 78mm, 50mm, 32mm, 19mm, 13mm; Distância Interpupilar: 55 a 77mm; Focalização: Manual; Estativa: Rodízio; Extensão Máxima de Braço: 1100mm; Curso Braço Vertical Articulado: 560mm; Tamanho Base: 150mm; Fonte de Luz: Iluminação por fibra ótica em LED:20 w/36 v; Campo de Iluminação: 89mm; Controle de Intensidade: Botão giratório na cabeça; Filtros: azul, verde e dimmer; Oculares: 12,5x; Binóculo: Reto; Distância Interpupilar: 77 a 75mm; Tensão de 100 a 240 v. CATMAT APROXIMADO: 404916	X	X			

Documento assinado eletronicamente por MURILO PEREIRA DA SILVA Mat. 960167-8 em 07/05/2025 às 12:08:17 e NATHALIA CAVALCANTI LIMEIRA MARTINS Mat. 967981-2 em 07/05/2025 às 22:38:51.