



ILMO(A). SR(A). PREGOEIRO(A) DA AGENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ/ALICC-AL

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2026 (90035/2026) – ITEM 03

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, sociedade com sede na Rua Pereira Coutinho Filho, 727, bairro de Iputinga, nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 01.884.446/0001-99, por seu representante legal que ao final subscreve, **VEM**, mui respeitosamente, **INTERPOR RECURSO**, notadamente pelo **PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO**, da concorrente denominada de ***BARD BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA***, amparado na Lei nº 14.133/2021, à decisão proferida pela DD Comissão Permanente de Licitação relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2026**, amparado no que consta nas cláusulas previstas no presente edital, uma vez que as citadas empresas ofertaram seus produtos totalmente fora do que transcreve o presente edital, não atendendo, portanto a descrição ali contida, conforme especificações estabelecidas no **termo de referência** do edital e seus anexos do presente Edital, notadamente no que transcreve em seu item 03, tudo mediante seguintes termos e amparada também nos preceitos legais e permissivos, previstos na Lei nº 14.133/2021.



I – DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é interposto no prazo de 3 (três) dias úteis previsto no **art. 165, § 1º, da Lei nº 14.133/2021** e no item 8.2 do Edital, contado da data de publicação/comunicação da decisão de classificação no sistema eletrônico de compras gov.br.

II – DAS RAZÕES DO RECURSO

A recorrente em data de 20/03/2026, teve início à abertura das propostas, participou através do Pregão Eletrônico, objetivando habilitar-se e participar da licitação acima citada.

**EMPRESA PROVISORIAMENTE CLASSIFICADA EM 1º BARD PRODUTO:
RTU12F**

O produto da BARD **RTU12F** possui **PVP** em sua composição, porém sem o cloreto de sódio em toda extensão. O cloreto de sódio na composição do cateter proporciona o benefício de manter o procedimento isotônico, ao contrário da composição de água (cateter da Bard), em um cateter que se apresenta como hidrossolúvel.

Esse equilíbrio de concentrações evita a movimentação das moléculas de água, garantindo que o cateter hidrofílico com cloreto de sódio não resseque a uretra nem que a uretra resseque o cateter. Como resultado, a umidade do cateter se mantém semelhante à da uretra, reduzindo o risco de traumas uretrais, estenoses e infecções.

Essa composição combinada (PVP e Cloreto de Sódio) garante a lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do cateter e o cateter ofertado

Tecnovida Comercial Ltda. Rua Pereira Coutinho Filho, 727 – Cep: 50680-180 – Iputinga – Recife – PE – Fone/Fax: (81) 34539643 E-mail: contato@tecnovidape.com.br – Inscrição CNPJ: 01.884.446/0001-99 – Inscrição CACEPE: 0236613-48



pela empresa BARD referente a lubrificação, não atende por ser uma lubrificação a base de água.

A mucosa uretral é, por natureza, úmida, razão pela qual se faz necessário que o procedimento de cateterismo se mantenha isotônico, igual à da mucosa uretral, mantendo o equilíbrio do pH fisiológico. Fato, que a lubrificação a base água, glicerol, silicones, não tornam o meio isotônico, permitindo uma alteração de PH da mucosa, tornando-a susceptível a alterações e possíveis infecções.

III - DOS PEDIDOS

Ante os fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas, a RECORRENTE requer à DD. Agente de Contratação:

A – que seja adotado o efeito suspensivo nos termos da Lei nº 14.133/21;

B – que seja reconhecida e declarada a total PROCEDÊNCIA do presente recurso a fim de DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela licitante **BARD BRASIL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** referente ao item 03.

Nestes Termos
Pede deferimento.

Recife (PE), 06 de abril de 2026

MARCELO LOPES DE
AMORIM:81895925487

Assinado de forma digital por MARCELO
LOPES DE AMORIM:81895925487
Dados: 2026.04.06 16:44:34 -03'00'

Marcelo Lopes de Amorim
Sócio-Diretor