



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MACEIÓ

PARECER TÉCNICO

A empresa MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA apresenta recurso contra a desclassificação da sua proposta em face do Pregão Eletrônico nº 40/2026, Processo Administrativo nº 5800.64432.2025.

Em síntese das suas alegações afirma que ofertou equipamento UC-3500 – Sysmex e que houve erro na interpretação do edital, que o equipamento ofertado oferece atendimento integral à análise física da urina e que houve inexistência da análise morfológica e que portanto o parecer técnico estaria errado. Indica ainda que a exigência da metodologia de turbidimetria seria uma restrição indevida do edital.

Pois bem, as exigências editalícias trazem que o equipamento deve realizar a leitura de parâmetros físicos e químicos. Dentre os parâmetros químicos, conforme consagrado na literatura laboratorial, são os parâmetros que podem ser medidos através de reações químicas e assim determinados. Já os parâmetros físicos aos quais se refere o edital são os que o recorrente induz a chamar de morfológicos, são os mesmos e por isso não atendidos pelo mesmo.

Verificando o catálogo do equipamento UC-3500 – Sysmex, apresentado pela recorrente no certame, torna-se clarividente a interpretação do acima informado. No referido catálogo o fabricante informa por 2 vezes que o equipamento faz a leitura química da urina, não tratando em nenhum momento da leitura física, conforme imagem abaixo.

Vale destacar que do presente certame participaram 3 empresas que as 2 que apresentaram menor valor apresentaram proposta de equipamentos que fazem a leitura tanto dos aspectos químicos quanto dos físicos. Então se ocorreu um erro de interpretação foi por parte do recorrente na análise do edital.

Frise-se ainda que é previsto o procedimento de esclarecimento a fim de esclarecer dúvidas que sejam suscitadas ou até mesmo impugnação, o que não foi feito pelo recorrente. Dessa forma, ao não pré-questionar e/ou impugnar o edital, preclui o direito do recorrente em questionar as exigências editalícias como o faz em relação à

Laboratório de Análises Clínicas – Laclim/SMS
Endereço: Rua Mizaél Domingues, nº 241, Centro, TEL: 3315-5306, opção 3.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MACEIÓ


metodologia de turbidimetria que o equipamento ofertado reconhecidamente pelo recorrente não possui.

Informe-se ainda que o recorrente é a única empresa que apresentou proposta parcial, somente para equipamento de leitura química sem análise física, e com valor bastante superior aos demais.

Desta forma, por todo acima exposto mantemos a decisão pela desclassificação da proposta.

Maceió/AL, 14 de abril de 2026

Atenciosamente,


Kelma Cristina Féliz de Araújo
Coordenação Laclim



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MACEIÓ

Analizador de química de urina
totalmente automatizado

UC-3500™



ESPECIFICAÇÕES

O novo Sysmex UC-3500 é o analisador totalmente automatizado de química da urina que fornece resultados com elevado valor clínico. Todo o processo a partir da aspiração da amostra, a análise das cores e a emissão dos resultados é totalmente automatizado. Além dos parâmetros químicos padrão, a tira Sysmex inclui a relação entre albumina/creatinina e proteína/creatinina que auxiliam na triagem de um possível distúrbio renal.

Tecnologia	Método de fotometria por reflectância e refratometria
Princípio de medição	- Cada tira de teste é escaneada por um sensor semicondutor de óxido de metal complementar (CMOS) de cor; - Detecção automática do posicionamento da área de reação das tiras de teste.
Tira reagente	MEDITAPE UC-11A Máximo 16 parâmetros Parâmetros analíticos: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU, pH, CREA, ALB. Parâmetros do sistema: SG (gravidade específica), cor, turbidez, PRO/CRE, ALB/CREA.
Velocidade de processamento	Máximo de 276 amostras por hora
Volume de aspiração	0,23 mL por tira de teste
Volume mínimo requerido	1,0 mL
Controle de qualidade (CQ)	- Material de CQ: UC-Control™ (2 níveis) 50 arquivos de CQ com 30 análises por arquivo incluindo controles atuais e novos lotes gerenciado pelo U-WAM (Sistema de gerenciamento de informações e da área de trabalho) - Possibilidade de fazer backup de dados para futuro restauro no U-WAM e extrair dados no formato CSV para trabalhar com os dados em formulários como o Excel; - Possibilidade de comparar resultados entre lotes
Memória de dados	10.000 amostras - U-WAM: 100.000 amostras
Interface	Tela colorida touchscreen de cristal líquido

Together for a better
healthcare journey

Laboratório de Análises Clínicas – Laclim/SMS

Endereço: Rua Mizaél Domingues, nº 241, Centro, TEL: 3315-5306, opção 3.