

Processo Administrativo Nº 5800.52436/2018

**PREGÃO ELETRONICO Nº 121/2018
(Esclarecimentos)**

Prezados senhores,

Trata-se de pedido de esclarecimentos aos termos do edital de licitação interposto através de e-mais, em 13/11/2018, às 11h42min, questionando o seguinte:

- Gostaríamos de solicitar o esclarecimento quanto a velocidade dos equipamentos solicitados, para o PE 121/2018 ARSER, que está com data prevista para o dia 28/11/2018, se **os 2 equipamentos precisam ter a velocidade de 200 testes / hora?**

Consultada a área técnica, respondeu conforme transcrito abaixo:

- Sim, o objeto do pregão 121/2018 (Locação de imunologia, hormônios e marcadores tumorais) compreende a disponibilização de 2 (dois) equipamentos com velocidade mínima de 200 testes/hora em cada equipamento.

Maceió (AL), 20 de Novembro 2018.

Vanderleia Antonia Guaris Costa
Pregoeira

ORIGINAL ASSINADA